



Memorando nº 251/2026

Marmeleiro - PR, 04 de agosto de 2026.

De: Departamento Municipal de Saúde de Marmeleiro – PR

Para: Excelentíssimo Senhor Prefeito de Marmeleiro, Jander Luiz Loss

Para: Comissão de Licitação

Para: Procuradoria Jurídica

O Departamento Municipal de Saúde, após análise técnica do pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Khalkos, referente às especificações dos itens 85 e 88 do processo licitatório, manifesta-se pela PROCEDÊNCIA do pedido.

Os equipamentos indicados pela empresa possuem rotação máxima de até 22.000 RPM e operam em faixa variável, abrangendo a rotação de 20.000 RPM inicialmente prevista. Dessa forma, constatou-se que a ampliação do limite máximo não compromete a funcionalidade, a segurança, a compatibilidade ou a finalidade dos equipamentos pretendidos pela Administração.

A alteração mostra-se tecnicamente adequada e contribui para a ampliação da competitividade do certame, sem reduzir a qualidade mínima exigida, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Diante do exposto, será solicitado ao Setor de Licitações, a adoção das providências necessárias para a alteração do Edital, do Termo de Referência e dos demais documentos relacionados ao certame.

Considerando que a alteração da especificação técnica poderá interferir na formulação das propostas, deverão ser observadas a nova divulgação do instrumento convocatório e a reabertura dos prazos aplicáveis, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

ROSEMARI DE OLIVEIRA SCOLARI
Diretora do Departamento de Saúde





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE MARMELEIRO – PR

Av. Dambros e Piva, 130, Centro, Telefone (46) 3525-1677

737

Memorando nº 252/2026

Marmeleiro - PR, 04 de agosto de 2026.

De: Departamento Municipal de Saúde de Marmeleiro – PR

Para: Departamento de Licitação

O Departamento de Saúde, por meio deste, solicita a alteração do Edital do Pregão Eletrônico nº 047/2026, do respectivo Termo de Referência e dos demais documentos relacionados, conforme especificado a seguir:

Onde se lê:

ANEXO I: TERMO REFERÊNCIA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário Máximo Aceitável	Valor Total Máximo Aceitável
85	10	Unid.	MICROMOTOR: Rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Esterilizável em autoclave até 135°C. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o Dentista e Paciente. Marcas de referencia: Kavo, Dabi Atlante ou de igual qualidade ou superior. OBS: Deve ser da mesma marca que o contra ângulo e a peça reta para haver correta adaptação entre as partes.	344,00	3.440,00
88	5	Unid.	PEÇA RETA: Transmissão: 1:1; Sistema: INTRA giratório (universal); Rotação máxima: 20.000 rpm; Sistema de fixação da broca: giro de anel - extrema simplicidade e rapidez; Tipo de broca: FG Standard; Esterilização: autoclavável até 135°C. OBS: Deve ser da mesma marca que o contra ângulo e o micromotor para haver correta adaptação entre as partes.	193,95	969,75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/08/2026 07:54 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p9675575481ae>





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE MARMELEIRO – PR

Av. Dambros e Piva, 130, Centro, Telefone (46) 3525-1677

738

Leia-se:

ANEXO I: TERMO REFERÊNCIA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário Máximo Aceitável	Valor Total Máximo Aceitável
85	10	Unid.	MICROMOTOR: Rotação de 5.000 a 22.000 RPM. Esterelizável em autoclave até 135°C. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o Dentista e Paciente. Marcas de referencia: Kavo, Dabi Atlante ou de igual qualidade ou superior. OBS: Deve ser da mesma marca que o contra ângulo e a peça reta para haver correta adaptação entre as partes.	344,00	3.440,00
88	5	Unid.	PEÇA RETA: Transmissão: 1:1; Sistema: INTRA giratório (universal); Rotação máxima: 22.000 rpm; Sistema de fixação da broca: giro de anel - extrema simplicidade e rapidez; Tipo de broca: FG Standard; Esterilização: autoclavável até 135°C. OBS: Deve ser da mesma marca que o contra ângulo e o micromotor para haver correta adaptação entre as partes.	193,95	969,75

Diante do exposto, solicitamos a realização das alterações acima indicadas nos respectivos documentos do processo licitatório. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Desde já, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

ROSEMARI DE OLIVEIRA SCOLARI

Diretora do Departamento de Saúde

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/08/2026 07:54 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p9b675575481ae>

