



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1237/2026
CÓD. VERIFICADOR: 32FRKG87

UASG: 454524 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

PARECER DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES





PARECER DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 1237/2026

Pregão Eletrônico nº 1237/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

I - Da Consulta:

Conforme em edital a empresa vencedora do certame deveria apresentar:

4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.

4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.

4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.

4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.

A Sessão Pública ocorreu no dia 12 de junho de 2026, do qual as seguintes empresas foram classificadas.

- **ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.626.812/0001-21.**

Item 1 – ABAIXADOR DE LÍNGUA: 14cm x 1,50cm. Em madeira; descartável; não estéril; formato convencional liso com pontas arredondadas; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão. PACOTE C/ 100. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 12 – ALGODÃO HIDRÓFILO. Algodão para uso hospitalar, hidrófilo, inodoro e insípido de alta absorção. Confeccionado em fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Rolo 500g. **Marca MELHORMED. APROVADO.**

Item 14 – ATADURA DE RAYON. Material 100% poliéster, estéril, dimensões 7,5cm x 5m, embalagem individual. **Marca POLARFIX. APROVADO.**

Item 23 – CAIXA COLETORA 20L. Caixa coletora de materiais perfurocortantes para descarte seguro de materiais que podem cortar ou perfurar, como agulhas, lâminas, seringas e outros objetos contaminados. Contendo uma sacola plástica para impermeabilização interna, possui alças que facilitam o manuseio e ajudam na segurança no processo de descarte; com bocal que permite a colocação do material descartado, com apenas uma das mãos e tampa para fechamento com trava de segurança, garantindo a integridade até o destino final; Confeccionada a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja) e papelão couro (cinta lateral e fundo rígido). Descartável e de uso único. **Marca DESCARBOX. APROVADO.**

Item 28 – CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. Uso adulto, extensão em PVC e cânula em silicone; Pode ser utilizado com extensões de até 20m; Transparente; Fluxo contínuo; Compatível com cilindros e concentradores de





oxigênio; Especificações: Adulto: - Medida interna do prong.: 2,77mm, - Medida interna da conexão: 5,79mm, - Medida externa do prong.: 4,52mm, - Medida externa da conexão: 11,42mm. **Marca BIOSANI. APROVADO.**

Item 30 – CATETER PERIFÉRICO SCALP 19. Scalp para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e estéril, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e Registro no MS. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, documento exigido pelo item 4.5.1.2 do Edital, verificou-se que a Ficha Técnica encaminhada pela proponente não apresenta as informações técnicas necessárias para comprovar o atendimento às especificações exigidas. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 31 – CATETER PERIFÉRICO SCALP 23. Scalp para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e estéril, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e Registro no MS. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, documento exigido pelo item 4.5.1.2 do Edital, verificou-se que a Ficha Técnica encaminhada pela proponente não apresenta as informações técnicas necessárias para comprovar o atendimento às especificações exigidas. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 36 – COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm. Gaze 13 fios/cm², 8 camadas, 7,5cm x 7,5cm, confeccionada a partir de fio 100% algodão hidrófilo, alvejado, isento de impureza, alvejante óptico e resíduo de amido, tecido neutro, macio, altamente absorvente e inodoro, ESTÉRIL. Envelope com 10 unidades. **Marca AMED. APROVADO.**

Item 40 – CURATIVO CIRÚRGICO (CHUMAÇO). Curativo cirúrgico algodoadado, constituído de manta de algodão hidrófilo, envoltos de tecido de gaze hidrófila. Utilizado em procedimentos cirúrgicos e curativos que necessitam de absorção de sangue e secreções. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Dimensões: 15 x 30 cm aberto. **Marca ERIMAX. APROVADO.**

Item 41 – CURATIVO PÓS PUNÇÃO. Estéril, para procedimento pós punção, redondo 25mm de diâmetro. Caixa c/ 500 unidades. **Marca CIEX. APROVADO.**

Item 46 – ELETRODO AUTO ADESIVO ADULTO. DESCARTÁVEL ESPUMA. Utilizado na realização de eletrocardiogramas, para a verificação das ondas elétricas do coração. Pode ser utilizado em repouso ou em movimento como meio condutivo em curta ou longa duração. Descartável; não estéril; Aderência de curta e longa duração (até 72 horas); Pino e contra-pino; Gel médico sólido condutor na quantidade ideal para estéril; Fita plástica rígida que protege o gel e o adesivo; Hipoalergênico. Pacote com 50 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 47 – EQUIPO DE SORO MACROGOTAS. Equipo para infusão de soro; somente para infusão por gravidade; esterilizado por óxido de etileno; atóxico e apirogênico; Ponta perfurante com entrada de ar e filtro hidrofóbico; Dispositivo para entrada de ar; Câmara gotejadora flexível; Filtro de partículas de 15µ; Regulador de fluxo; Conector luer slip; Tubo flexível de 150cm; injetor lateral Y auto cicatrizante; Descartável. Envelope com 10 unidades. **Marca M2LIFE. APROVADO.**

Item 48 – EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP. Equipo com 2 vias de infusão com clamp corta- fluxo; Tubo transparente de 18 cm em PVC; Conector slip com o paciente; 2 conectores fêmeas com tampas protetoras. **Marca M2LIFE. APROVADO.**

Item 54 – ESPARADRAPO 50mmX4,5m. Impermeável composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfilamento. Aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Com excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. **Marca CRAL. APROVADO.**

Item 55 – ESPARADRAPO 100mmX4,5m. Impermeável composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfilamento. Aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Com excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Em análise à documentação





apresentada para o item ofertado, verificou-se que o produto possui composição de 40% de algodão, em desacordo com a especificação do Edital, que exige tecido 100% algodão. Ademais, a documentação técnica apresentada não informa que o produto seja impermeável, característica igualmente exigida no descritivo do item. **Marca WILTEX. REPROVADO.**

Item 57 – ESPÉCULO M. Espéculo vaginal, descartável, lubrificado, embalado individualmente, com borboleta lateral para abertura. **Marca CRAL. APROVADO.**

Item 62 – FIO SUTURA. Nylon monofilamento, preto 5-0 c/ agulha 3/8, circular, triangular 3,0cm. Caixa com 24 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 63 – FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA. Fita microporosa para uso hospitalar composta por tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalérgico. Rolo 10cmx 10m. **Marca WILTEX. APROVADO.**

Item 64 – FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA. Fita microporosa para uso hospitalar composta por tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalérgico. Rolo 2,5cmx 10m. **Marca WILTEX. APROVADO.**

Item 65 – FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA. Fita microporosa para uso hospitalar composta por tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalérgico. Rolo 5cm x 10m. **Marca WILTEX. APROVADO.**

Item 66 – FITA CREPE HOSPITALAR Fita em papel crepado saturado e envernizado, recoberto com adesivo a base de borracha natural. Rolo 16mm X 50m. **Marca WILTEX. APROVADO.**

Item 70 – GEL PARA USO CLÍNICO. Gel condutor para ultrassom e ECG, inodoro e hipoalérgico, livre de álcool e de sais, consistência firme e de fácil remoção. Embalagem com bico. Frasco 250 g. **Marca MULTIGEL. APROVADO.**

Item 73 – HASTES FLEXÍVEIS. Haste em polietileno flexível com extremidades revestidas de algodão 100% puro. Cx c/ 75 unidades. **Marca PROHIGI. APROVADO.**

Item 74 – LÂMINA DE BISTURI N 11. Lâmina em aço inox ou aço carbono; estéril, embalada individualmente em embalagem laminada. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 75 – LÂMINA DE BISTURI N 12. Lâmina em aço inox ou aço carbono; estéril, embalada individualmente em embalagem laminada. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 77 – LANCETAS. Atende a NR 32; penetração consistente; estéril; Automática: Acionamento por Contato; espessura ultrafina para punção indolor; que não permite reutilização; descarte seguro; espessura 28G. **Marca WILTEX. APROVADO.**

Item 78 – LENÇOL HOSPITALAR. Lençol descartável em papel, branco não reciclado, rolo de 70cm x 50m; descartável; 100% celulose com fibras naturais; não estéril, uso único. **Marca DESCARBOX. APROVADO.**

Item 79 – LUVA TOQUE PLÁSTICA ESTÉRIL. Luva plástica estéril descartável para procedimento não cirúrgico, tamanho e uso único, ambidestra, sem pó. Pacote c/ 100 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 86 – LUVA PROCEDIMENTO G. Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 87 – LUVA PROCEDIMENTO M. Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**





Item 88 – LUVA PROCEDIMENTO P. Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 89 – LUVA PROCEDIMENTO PP. Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 90 – LUVA VINÍLICA G. Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar CA.**

Item 91 – LUVA VINÍLICA G. Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar CA.**

Item 92 – LUVA VINÍLICA G. Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades. **Marca MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar CA.**

Item 106 – PAPEL GRAU CIRURGICO 240mmx380mm. Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos estéreis. Pacote c/ 200 envelopes. **Marca HOSPLEX. APROVADO.**

Item 107 – PAPEL GRAU CIRURGICO 300mmx365mm. Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos estéreis. Pacote c/ 200 envelopes. **Marca VITALPACK. APROVADO.**

Item 108 – PAPEL GRAU CIRURGICO 90mmx260mm. Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos estéreis. Pacote c/ 200 envelopes. **Marca VITALPACK. APROVADO.**

Item 110 – PAPEL GRAU CIRURGICO 15x30cm. Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos estéreis. Pacote c/ 200 envelopes. **Marca HOSPLEX. APROVADO.**

Item 114 – PRESERVATIVO SEM LUBRIFICAÇÃO. Produto de alta performance para uso médico em exames ultrassonografia; alta transparência. Permite maior nitidez na captação das imagens. Composição látex de borracha natural. Ponta com reservatório; Lados paralelos; Liso; Opaco; Produto com validade; Não possui lubrificante. Cx c/ 144 unidades. **Marca . DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 115 – PROTETOR OCULAR ADULTO. Protetor ocular estéril descartável adulto indicado para proporcionar barreira mecânica na região ocular, bem como bloqueio de luminosidade em casos em que se faça necessário, como no tratamento do estrabismo. Com formato anatômico. Material adesivo de fácil aderência e remoção, poroso que permite a transpiração da pele. Hipoalergênico; Tamanho aproximado: 58mm x 82mm. Caixa com 20 unidades. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se a ausência do **Registro do Produto na ANVISA**, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital. **Marca COPERTINA. SOLICITAR REGISTRO ANVISA.**

Item 116 – RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. Frasco graduado fracionador para soluções enterais; Livre de bisfenol; Radiação ionizante; Atóxico; Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo; Permite tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais; Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento; Etiqueta autoadesiva para identificação do paciente. Volume 300ml. **Marca BIOMEDICA. APROVADO.**

Item 125 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%. Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 1000ml. **Marca BASAL. APROVADO.**





Item 126 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%. Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 100ml. **Marca BASAL. APROVADO.**

Item 127 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%. Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 250ml. **Marca FRESENIUS. APROVADO.**

Item 128 – SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%. Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 500ml. **Marca BASAL. APROVADO.**

- **DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.278.264/0001-21.**

Item 38 – CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL. Com conexão universal, se adapta aos diversos compressores, concentradores, redes hospitalares, cilindros de oxigênio e fluxômetros existentes no mercado. Contém: Máscara de nebulização infantil em PVC, polipropileno (PP), clip metálico e elástico; Extensão de Oxigênio: 2m X 5,5mm (DE) e conexão de 6,0mm (DI) / Policloreto de Vinila (PVC) e Copo de Nebulização: 6ml / Poliestireno (OS), Polipropileno(PP). **Marca VITAL GOLD. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 39 – CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO. Com conexão universal, se adapta aos diversos compressores, concentradores, redes hospitalares, cilindros de oxigênio e fluxômetros existentes no mercado. Contém: Máscara de nebulização infantil em PVC, polipropileno (PP), clip metálico e elástico; Extensão de Oxigênio: 2m X 5,5mm (DE) e conexão de 6,0mm (DI) / Policloreto de Vinila (PVC) e Copo de Nebulização: 6ml / Poliestireno (OS), Polipropileno(PP). **Marca VITAL GOLD. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 49 – EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP. Produto estéril; Conector slip; Ponta perfurante com tampa protetora; Câmara de cotejamento flexível; Pinça rolete corta fluxo; Atóxico; na cor azul que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Uso único. **Marca INJEX. APROVADO.**

Item 56 – ESPÉCULO G. Espéculo vaginal, descartável, lubrificado, embalado individualmente, com borboleta lateral para abertura. **Marca CRAL PLAST. APROVADO.**

Item 59 – FIO SUTURA. Nylon monofilamento, preto 2-0 c/ agulha 3/8, circular, triangular 3,0cm. Caixa com 24 unidades. **Marca TECHNOFIO. APROVADO.**

Item 80 – LUVA ESTERIL 6,5. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é esterilizado por óxido de etileno, enquanto o Edital exige luva cirúrgica esterilizada por radiação ionizante. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca INJEX. REPROVADO.**

Item 81 – LUVA ESTERIL 7. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é esterilizado por óxido de etileno, enquanto o Edital exige luva cirúrgica esterilizada por radiação ionizante. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca INJEX. REPROVADO.**

Item 82 – LUVA ESTERIL 7,5. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é esterilizado por óxido de etileno, enquanto o Edital exige luva cirúrgica esterilizada por radiação ionizante. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca INJEX. REPROVADO.**

Item 84 – LUVA ESTERIL 8,5. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado não possui pó lubrificante, enquanto o Edital exige luva cirúrgica lubrificada com pó bioabsorvível.





Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca BECARE. REPROVADO.**

Item 96 – MASCARA LARINGEA Nº 1. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 97 – MASCARA LARINGEA Nº 2. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 98 – MASCARA LARINGEA Nº 2,5. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 99 – MASCARA LARINGEA Nº 3. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 100 – MASCARA LARINGEA Nº 4. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 101 – MASCARA LARINGEA Nº 5. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 102 – MASCARA LARINGEA Nº 1,5. Fabricada em Silicone; Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; com barras que protegem a obstrução accidental da epiglote; Encaixe para manutenção de medicamento por seringa. Em análise catálogo apresentado para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado é confeccionado em PVC, enquanto o Edital exige que o item seja confeccionado em silicone. Dessa forma, conclui-se que o produto não atende à especificação técnica estabelecida no instrumento convocatório. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 112 – PÁS ELETRODO PEDIÁTRICO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho. Futura Life-400. **Marca DBI. APROVADO.**

Item 113 – PÁS ELETRODO ADULTO. Pás eletrodo descartável Para Desfibrilador Externo Automático (DEA). Conector compatível com o aparelho. Futura Life-400. **Marca DBI. APROVADO.**





Item 135 – SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10. Confeccionada em PVC, siliconizada; Transparente; Flexível; Atóxica; Esterilizado com óxido de etileno, com dois orifícios nas laterais. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 138 – SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16. Confeccionada em PVC, siliconizada; Transparente; Flexível; Atóxica; Esterilizado com óxido de etileno, com dois orifícios nas laterais. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 139 – SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6. Confeccionada em PVC, siliconizada; Transparente; Flexível; Atóxica; Esterilizado com óxido de etileno, com dois orifícios nas laterais. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 140 – SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8. Confeccionada em PVC, siliconizada; Transparente; Flexível; Atóxica; Esterilizado com óxido de etileno, com dois orifícios nas laterais. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 145 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 16. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 146 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 18. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 147 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 20. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 148 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 22. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 150 – SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08. Fabricada em Policloreto de vinila (PVC); Atóxica; Apirrogênica; Esterilizada a Óxido de Etileno; embalada individualmente. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 155 – SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20. Sonda Foley 3 Vias látex siliconizado. Dispositivo usado para drenagem urinária em pacientes que necessitam de cuidados urológicos. Composta por três canais: um para inflação do balão, outro para drenagem da urina e um terceiro para irrigação da bexiga. Uso de longo prazo. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 156 – SONDA FOLEY Nº 12. Composição em latex siliconizada, estéril, 2 vias; Embalagem tipo blíster em papel grau cirúrgico; Orifícios adequados, stéril e bem-acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal para bolsa coletora; Atóxico, nãoopirrogênico, de uso único; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Compatível com lubrificantes à base de água. Válvula de fácil manipulação. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 164 – SONDA URETRAL TIPO FOLEY Nº 18 02 VIAS - 100% SILICONE. Este item é indicado para cateterismo vesical de demora, onde o paciente necessita de drenagem por períodos prolongados (até 30 dias). Descrição Técnica: Sonda para drenagem urinária de demora, tipo Foley, 02 vias, Nº 18. Confeccionada em 100% silicone elastômero, translúcida, com linha radiopaca em toda sua extensão. Características Adicionais: Ponta distal atraumática (tipo Nelaton) com orifícios laterais precisos e simétricos. Balão de retenção resistente à alta pressão, com enchimento simétrico. Válvula de segurança que permita o acoplamento de seringas Luer ou Luer-Lock. Superfície extremamente lisa para minimizar o risco de incrustações e trauma uretral. Apresentação: Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, estéril (ETO ou Raio Gama). Certificações: Registro na ANVISA, indicação do número do lote e data de validade na embalagem. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital, verificou-se que o Registro da ANVISA encaminhado pela proponente refere-se a produto diverso do ofertado, correspondente à **Sonda Nasogástrica**, não sendo compatível com o item objeto da avaliação. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 165 – SONDA URETRAL TIPO FOLEY Nº 20 02 VIAS - 100% SILICONE. Este item é indicado para cateterismo vesical de demora, onde o paciente necessita de drenagem por períodos prolongados (até 30 dias). Descrição Técnica: Sonda para drenagem urinária de demora, tipo Foley, 02 vias, Nº 20. Confeccionada em 100% silicone elastômero, translúcida, com linha radiopaca em toda sua extensão. Características Adicionais: Ponta distal atraumática (tipo Nelaton)





com orifícios laterais precisos e simétricos. Balão de retenção resistente à alta pressão, com enchimento simétrico. Válvula de segurança que permita o acoplamento de seringas Luer ou Luer-Lock. Superfície extremamente lisa para minimizar o risco de incrustações e trauma uretral. Apresentação: Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, estéril (ETO ou Raio Gama). Certificações: Registro na ANVISA, indicação do número do lote e data de validade na embalagem. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital, verificou-se que o Registro da ANVISA encaminhado pela proponente refere-se a produto diverso do ofertado, correspondente à **Sonda Nasogástrica**, não sendo compatível com o item objeto da avaliação. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 166 – SONDA URETRAL TIPO FOLEY Nº16 2 VIAS - 100% SILICONE. Este item é indicado para cateterismo vesical de demora, onde o paciente necessita de drenagem por períodos prolongados (até 30 dias). Descrição Técnica: Sonda para drenagem urinária de demora, tipo Foley, 02 vias, Nº 16. Confeccionada em 100% silicone elastômero, translúcida, com linha radiopaca em toda sua extensão. Características Adicionais: Ponta distal atraumática (tipo Nelaton) com orifícios laterais precisos e simétricos. Balão de retenção resistente à alta pressão, com enchimento simétrico. Válvula de segurança que permita o acoplamento de seringas Luer ou Luer-Lock. Superfície extremamente lisa para minimizar o risco de incrustações e trauma uretral. Apresentação: Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, estéril (ETO ou Raio Gama). Certificações: Registro na ANVISA, indicação do número do lote e data de validade na embalagem. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital, verificou-se que o Registro da ANVISA encaminhado pela proponente refere-se a produto diverso do ofertado, correspondente à **Sonda Nasogástrica**, não sendo compatível com o item objeto da avaliação. **Marca MEDIX. REPROVADO.**

Item 167 – SUPORTE DE METAL PARA COLETOR 20L. Suporte em metal para acomodar coletores de materiais perfurocortantes para fixação na parede. Tamanho adequado a coletores de 20L. **Marca DESCARBOX. APROVADO.**

Item 168 – SUPORTE DE METAL PARA COLETOR 7L. Suporte em metal para acomodar coletores de materiais perfurocortantes para fixação na parede. Tamanho adequado a coletores de 7L. **Marca DESCARBOX. APROVADO.**

- **L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.875.336/0001-97.**

Item 13 – APARELHO DE BARBEAR. Aparelho de barbear, tipo lâmina descartável, material lâmina aço dupla, material cabo de plástico emborrachado, anatômico, com fita lubrificante. **Marca MAXICOR/VITAL. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 20 – BOLSA DE COLOSTOMIA. Bolsa para colostomia ilioestomia, 1 peça- placa e bolsa acoplada, drenável, 01 clip para cada 10 bolsas, transparente, adesivo microporoso, base de karaya, pré cortada até 65MM. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o Registro da ANVISA encaminhado pela proponente, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital, corresponde ao produto ofertado **Marca KANGLI. APROVADO.**

Item 34 – COLETOR DE URINA. Coletor tipo saco, com barbante, sistema aberto, capacidade: 2 litros. Não estéril. Pacote com 100 unidades. **Marca LETOMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 45 – DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO PARA SVD TIPO “H” - MODELO SEM GRAMPO (ADESIVO DE ABAS). Dispositivo adesivo para fixação de sonda vesical tipo “H”, composto por base de sustentação cutânea e abas de fixação integradas em material flexível (tecido não tecido ou laminado plástico). Fixação por Contato: A fixação da sonda é feita através do envolvimento das abas adesivas em torno do cateter, proporcionando estabilidade sem a necessidade de travas rígidas. Adesivo de Grau Médico: Hipoalergênico, de longa permanência (mínimo de 7 dias), permitindo a transpiração da pele para evitar maceração. Perfil Baixo: Design plano que evita pontos de pressão excessiva sobre a coxa do paciente. Remoção: Deve permitir a retirada sem deixar resíduos de cola na sonda ou na pele. Apresentação: Embalado individualmente. Certificação: Registro na ANVISA. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o Registro da ANVISA encaminhado pela proponente, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital, corresponde ao produto ofertado. **Marca HELP/MED. APROVADO.**

Item 68 – FIXADOR DE SONDA NASOENTERAL. Dispositivo adesivo para fixação de sondas nasoenterais e nasogástricas, composto por dorso de tecido não tecido (rayon e poliéster), macio, flexível e conformável aos contornos





do nariz. Composição do Adesivo: Adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível à pressão, que garante fixação segura sem causar danos ou irritações à pele, mesmo em uso prolongado. Formato Anatômico: Design em formato de "calça" ou tiras pré-cortadas que permitem a aplicação rápida e padronizada. Barreira Anti-Umididade: Material respirável que permite a transpiração da pele, reduzindo o risco de maceração e proliferação bacteriana sob o adesivo. Fita de Sinalização/Monitoramento: Deve possuir uma aba ou área específica que permita a escrita (data e nome do profissional) para controle da troca do curativo. Livre de Látex: Produto Latex-free para segurança total do paciente e profissionais. Remoção Limpa: Não deve deixar resíduos adesivos na pele ou no corpo da sonda após a retirada. Apresentação: Embalagem individual, garantindo a proteção e integridade de cada unidade. Certificações: Registro obrigatório na ANVISA, indicação de lote e validade na embalagem. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o Registro da ANVISA encaminhado pela proponente, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital, corresponde ao produto ofertado. **Marca SKINU. APROVADO.**

Item 85 – LUVA NITRÍLICA M. Luva produzida em nitrilo, livre de látex, ambidestra, e sem pó bioabsorvível, recomendada para profissionais com alergia ao látex. Caixa com 100 unidades, não estéril e de uso único. **Marca MEDIX/GLOMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 133 – SONDA NASOENTERAL Nº 12. Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o pH do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação. **Marca SOLUMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 134 – SONDA NASOENTERAL Nº 8. Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o pH do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação. **Marca SOLUMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 169 – TALA DE IMOBILIZAÇÃO G. Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 70cm. Pacote com 10 unidades. **Marca RESGATE. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 170 – TALA DE IMOBILIZAÇÃO M. Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 50cm. Pacote com 10 unidades. **Marca RESGATE. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 171 – TALA DE IMOBILIZAÇÃO P. Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 30cm. Pacote com 10 unidades. **Marca RESGATE. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 174 – TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca TERA/MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 175 – TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca TERA/MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 176 – TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca TERA/MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**





Item 177 – TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca TERA/MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.519.741/0001-20.**

Item 19 – BALANÇA DIGITAL CORPORAL. Balança corporal de chão; Visor digital para facilitar a visualização na pesagem; produto ideal para clínica médica, agentes de saúde para uso em campo, academia etc.; Fonte de alimentação: Bateria AAA; Função de desligamento automático; Capacidade mínima de 150kg; Plataforma antiderrapante; Dimensões mínimas aproximadas: 30cm x 30cm x 2,5cm; Garantia de doze meses. **Marca SUPERMEDY. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 29 – CATETER DE OXIGENIO TIPO ÓCULOS. Uso pediátrico, extensão em PVC e cânula em silicone; Pode ser utilizado com extensões de até 20m; Transparente; Fluxo contínuo; Compatível com cilindros e concentradores de oxigênio; Especificações: Infantil: - Medida interna do prong.: 1,45mm, - Medida interna da conexão: 5,89mm, - Medida externa do prong.: 1,98mm, - Medida externa da conexão: 11,28mm. **Marca BIOSANI. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 160 – SONDA FOLEY Nº 20. Composição em latex siliconizada, estéril, 2 vias; Embalagem tipo blíster em papel grau cirúrgico; Orifícios adequados, stéril e bem-acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal para bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Compatível com lubrificantes à base de água. Válvula defácil manipulação. **Marca SOLIDOR. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 178 – TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 179 – TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 180 – TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca GLOMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 181 – TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca SOLIDOR. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 182 – TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso





único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca SOLIDOR. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 183 – TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca SOLIDOR. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 184 – TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca SOLIDOR. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 185 – TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca SOLIDOR. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.586.988/0001-80.**

Item 2 – ÁGUA DESTILADA. Água destilada para injeção, estéril e epirogênica. Solução injetável, límpida e hipotônica. Flaconete 10ml. **Marca SAMTEC. APROVADO.**

Item 3 – ÁGUA OXIGENADA 10%. Água oxigenada, solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo adulto e pediátrico. Frasco 100 ML. **Marca VIC PHARMA. APROVADO.**

Item 44 – DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA Nº 5. Dispositivo para incontinência urinária confeccionado em látex de borracha natural, atóxico, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada, conector em PVC Com extensão utilizado para conduzir a urina ao recipiente coletor em pacientes do sexo masculino acometidos de Incontinência urinária. **Marca BIOSANI. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 122 – SOLUÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%. Sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 100ml. **Marca J.P. APROVADO.**

Item 123 – SOLUÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%. Sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 250ml. **Marca J.P. APROVADO.**

Item 124 – SOLUÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%. Sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 500ml. **Marca J.P. APROVADO.**

Item 129 – SOLUÇÃO RINGER LACTATO. Sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. Composição: associado com lactato de sódio, solução injetável. 500ml. **Marca J.P. APROVADO.**

Item 130 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA. Sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. Composição de glicose associada ao cloreto de sódio concentração 5% + 0,9%, Solução injetável. 500ml. **Marca J.P. APROVADO.**

Item 131 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA. Sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. Composição de glicose associada ao cloreto de sódio concentração 5% + 0,9%, Solução injetável. 250ml. **Marca J.P. APROVADO.**

Item 136 – SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12. Confeccionada em PVC, siliconizada; Transparente; Flexível; Atóxico; Esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com dois orifícios nas laterais. Marca sugerida: Biosani, por esta já estar sendo utilizada pelos pacientes do município e ter boa aceitação por causar mínimo desconforto ou dor na hora do seu uso; aceitável marca de igual ou melhor qualidade. **Marca MEDIX. APROVADO.**





Item 137 – SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14. Confeccionada em PVC, siliconizada; Transparente; Flexível; Atóxico; Esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com dois orifícios nas laterais. Marca sugerida: Biosani, por esta já estar sendo utilizada pelos pacientes do município e ter boa aceitação por causar mínimo desconforto ou dor na hora do seu uso; aceitável marca de igual ou melhor qualidade. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 151 – SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10. Fabricada em Policloreto de vinila (PVC); Atóxica; Apirogênica; Esterilizada a Óxido de Etileno; embalada individualmente. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 152 – SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 12. Fabricada em Policloreto de vinila (PVC); Atóxica; Apirogênica; Esterilizada a Óxido de Etileno; embalada individualmente. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 186 – UMIDIFICADOR DE O₂. Umidificador para oxigênio projetado para a umidificação de oxigênio ou ar comprimido medicinal com capacidade de 250 ml, utilizado para fornecer umidade ao fluxo de oxigênio administrado a pacientes, conectado ao sistema de oxigênio para manter o ar mais confortável durante a inalação. **Marca VENTCARE. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.531.612/0001-30.**

Item 21 – BOLSA COLETORA URINA 2L SISTEMA FECHADO. Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml permitindo excelência na mensuração da urina. Sistema fechado com válvula anti-refluxo. Com membrana autocicatrizante que garante múltiplas stérile para coleta de urina. Espaço para preenchimento dos dados do paciente. Suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão. Pinça corta- fluxo do tipo “clamp”. Tubo extensor em PVC DE 120cm transparente, atóxico, flexível, sem dobras. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora. Livre de Látex. **Marca GLOMED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 51 – ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. Indicador analógico, aneroide, de braço, faixa de operação até 300 mmHg, braçadeira em nylon com fechamento em velcro. APRESENTAR SELO DO INMETRO. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o item 4.5.1.3 do Edital Selo do Inmetro do Produto, corresponde ao produto ofertado. **Marca PREMIUM. APROVADO.**

Item 104 - OXÍMETRO DE DEDO. Monitor para oximetria de dedo, não invasivo, portátil: Alimentação com pilhas alcalinas; Display com alta intensidade de luz; Operado por uma única tecla; Indicação de curva pletismográfica; Medidas de saturação de oxigênio (spo2) na faixa de 36% a 99%, com precisão de 1%; Medição da taxa de pulso: 30bpm a 250bpm; Uso em pacientes pediátricos e adultos; Indicador de carga de bateria e alarme visual para bateria fraca. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que a Ficha Técnica encaminhada pela proponente, documento exigido pelo item 4.5.1.2 do Edital, não comprova o atendimento integral às especificações técnicas exigidas.

O Edital estabelece que o equipamento deverá realizar medições de saturação de oxigênio (SpO₂) na faixa de 36% a 99%, com precisão de 1%. Entretanto, conforme informações constantes na Ficha Técnica apresentada, o equipamento possui as seguintes especificações:

- Faixa de exibição de SpO₂: 0% a 100%;
- Faixa de medição de SpO₂: 70% a 100%;
- Exatidão: ± 2% para a faixa de 70% a 100%;
- Faixa de 0% a 69%: sem definição de exatidão;
- Resolução: 1%.

Dessa forma, observa-se que a faixa de medição informada pelo fabricante (70% a 100%) não contempla a faixa mínima exigida no Edital (36% a 99%). Além disso, a precisão informada (± 2%) diverge da precisão exigida (1%), não sendo possível comprovar o atendimento às especificações estabelecidas. Assim, conclui-se que o produto ofertado não atende integralmente aos requisitos técnicos previstos no Edital. **Marca WINNER. REPROVADO.**

Item 121 – SERINGA 10 ML BICO SLIP. Corpo transparente, facilitando a visualização do líquido a ser aplicado; Atóxica, Apirogênica e graduada; com cilindro com anel de retenção; Siliconizada e com haste com quebra de segurança; Produto de uso único; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. **Marca DESCARPACK. APROVADO.**

Item 144 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 10. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca GLOMED. APROVADO.**





Item 149 – SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 06. Fabricada em Policloreto de vinila (PVC); Atóxica; Apirogênica; Esterilizada a Óxido de Etileno; embalada individualmente. **Marca** BIOFARMACEUTICA. **APROVADO.**

Item 161 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 12. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca** GLOMED. **APROVADO.**

Item 162 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 14. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca** GLOMED. **APROVADO.**

Item 163 – SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 08. Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C. **Marca** GLOMED. **APROVADO.**

Item 172 TAMPA ROSQUEÁVEL UNIVERSAL (MACHO/FÊMEA). Descrição Técnica: Conector tipo tampa (plug) para fechamento de vias de infusão venosa, de uso único, com bico tipo Luer-Lock universal. Configuração: Modelo “combi-stopper” (combinação), que apresenta uma extremidade com terminação macho e a outra com terminação fêmea no mesmo dispositivo, permitindo a vedação de qualquer conexão padrão Luer. Material: Confeccionado em polímero rígido (polipropileno ou policarbonato), atóxico, apirogênico e isento de látex (Latex Free). Características Adicionais: Design ergonômico com abas ou ranhuras que facilitem o rosqueamento e a manipulação segura (pega). Vedação hermética e resistente à pressão, impedindo o refluxo de sangue ou vazamento de soluções. Superfície lisa para facilitar a desinfecção química antes do acesso. Compatível com seringas, equipos de infusão, extensores, torneirinhas de 3 vias e cateteres venosos. Apresentação: Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou blister, garantindo a integridade e esterilidade do produto.

Apresentar registro ativo na ANVISA, número de lote, data de fabricação e validade impressos na embalagem. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o Registro da ANVISA encaminhado pela proponente, documento exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital, corresponde ao produto ofertado. **Marca** MEDIX. **APROVADO.**

- **HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.861.961/0001-06.**

Item 25 – CATETER PERIFÉRICO nº 20. Estéril, atóxico, epirogênico, agulha siliconizada com bisel angulado e trifacetado; Cateter raio-paco e flexível. Protetor do conjunto agulha/cateter; Formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com microestrias. **Marca** M2LIFE. **APROVADO.**

Item 27 – CATETER PERIFÉRICO nº 24. Estéril, atóxico, epirogênico, agulha siliconizada com bisel angulado e trifacetado; Cateter raio-paco e flexível. Protetor do conjunto agulha/cateter; Formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com microestrias.. **Marca** M2LIFE. **APROVADO.**

Item 52 – ESPAÇADOR COM MÁSCARA NN. Tamanho neonatal, espaçador ultra flexível commáscara siliconada, bivalvulado, adaptador universal para spray aerossol, transparente, câmara. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital, uma vez que a documentação técnica informa que o produto acompanha apenas máscaras nos tamanhos infantil e adulto, não comprovando o fornecimento de máscara neonatal, requisito expressamente exigido no instrumento convocatório. **Marca** G-TECH. **REPROVADO.**

Item 60 – FIO SUTURA. Nylon monofilamento, preto 4-0 c/ agulha 3/8, circular, triangular 3,0cm. Caixa com 24 unidades. **Marca** MEDIX. **APROVADO.**

Item 83 – LUVA ESTERIL 8. Luva cirúrgica estéril; formato anatômico; lubrificada com pó bio- absorvível; esterilizada por radiação ionizante. **Marca** MEDIX. **APROVADO.**

Item 94 – MÁSCARA CIRÚRGICA. Máscara tripla com três camadas fundidas, sendo duas de TNT e uma de filtro. Indicada para a proteção das vias respiratórias na prevenção contra respingos, contaminação por bactérias e vírus. Camada interna com elemento filtrante, resistente a fluidos encontrados no ar; Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB): de no mínimo 95%; confeccionada em Polipropileno 100% (TNT); leve e macia ao toque; que proporcione conforto ao





respirar; fixação por elásticos; com clip para ajuste nasal; Plana, flexível e porosa; livre de fibra de vidro; de uso único; não estéril; que não contém látex; hipoalergênico e atóxico). Caixa com 50 unidades. **Marca VABENE. APROVADO.**

Item 153 – SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 14. Fabricada em Policloreto de vinila (PVC); Atóxica; Apirogênica; Esterilizada a Óxido de Etileno; embalada individualmente. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 157 – SONDA FOLEY Nº 14. Composição em latex siliconizada, estéril, 2 vias; Embalagem tipo blíster em papel grau cirúrgico; Orifícios adequados, stérile e bem-acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal para bolsa coletora; Atóxico, não pirogênico, de uso único; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Compatível com lubrificantes à base de água. Válvula de fácil manipulação. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 158 – SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS. Composição em latex siliconizada, estéril, 2 vias; Embalagem tipo blíster em papel grau cirúrgico; Orifícios adequados, stérile e bem-acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal para bolsa coletora; Atóxico, não pirogênico, de uso único; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Compatível com lubrificantes à base de água. Válvula de fácil manipulação. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 159 – SONDA FOLEY Nº 18. Composição em latex siliconizada, estéril, 2 vias; Embalagem tipo blíster em papel grau cirúrgico; Orifícios adequados, stérile e bem-acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal para bolsa coletora; Atóxico, não pirogênico, de uso único; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Compatível com lubrificantes à base de água. Válvula de fácil manipulação. **Marca MEDIX. APROVADO.**

- **MEDINGA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.742.953/0001-42.**

Item 24 – CATETER PERIFÉRICO nº 18. Estéril, atóxico, epirogênico, agulha siliconizada com bisel angulado e trifacetado; Cateter radiopaco e flexível. Protetor do conjunto agulha/cateter; Formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com microestrias. **Marca M2LIFE. . DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 26 – CATETER PERIFÉRICO nº 22. Estéril, atóxico, epirogênico, agulha siliconizada com bisel angulado e trifacetado; Cateter radiopaco e flexível. Protetor do conjunto agulha/cateter; Formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com microestrias. **Marca M2LIFE. . DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 32 – CLOREXEDINA 2% DEGERMANTE. Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos, banho pré-operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional de saúde antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. Frasco 100 ml. **Marca RIOQUIMICA. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 50 – ESCOVA ANTISSEPTICA DUPLA FACE. Escova para assepsia com solução de Digliconato de Clorexidina 2%, utilizada para anti-sepsia das mãos e ante-braço com, na degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos (exemplo: cateter venoso central, entre outros), banho pré- operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional de saúde antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. **Marca RIOQUIMICA. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 103 – ÓLEO CICATRIZANTE. Óleo de girassol hidratante e cicatrizante, indicado para tratamento de feridas, prevenção de escaras, e age hidratando a pele. A base de A.G.E (Ácidos Graxos Essenciais) e T.C.M (Triglicerídeos de Cadeia Média) com Lecitina de soja e vitaminas A e E. Estimula a cicatrização e hidrata a pele; Prevenção de escaras,





úlceras de pressão; Tratamento de isquemias diabéticas; Lesões de pele (com ou sem infecção); Frasco 200ml.. **Marca NUTRIEX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 132 – SONDA NASOENTERAL Nº 10. Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o pH do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação. **Marca MARK MED. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 189 – VASELINA SÓLIDA. Vaselina 100%, indicada como emoliente da pele; Remoção de crostas, pomadas, pastas e outros produtos anteriormente utilizados na pele; Usada como lubrificante ou hidratante. Pote com 90g. **Marca RIOQUIMICA. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.394.275/0001-74.**

Item 05 – AGULHA DESC. 40x1,2MM. Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa c/ 100 unidades. **Marca TKL/MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 67 – FIXADOR DE CATETER. Curativo adesivo para fixação de cateter periférico. Transparente, permeável a trocas de vapor da pele com o ambiente, com recorte central para saída dos equipos e tubulações. Tamanho mínimo: 5cm x 7cm. Hipoalergênico. Esteril. **Marca VITALDERME/MEDIX. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 71 – GUIA DE INTRODUÇÃO PEDIÁTRICO. Guia para sonda endotraqueal infantil tamanho 6Fr. Fio guia para intubação, modelo uso único; fabricado em alumínio maleável com isolamento em PVC; adaptado facilmente ao formato para melhor uso, com ponta atraumática. **Marca GCMED/WELLLEAD. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 72 – GUIA DE INTRODUÇÃO ADULTO. Guia para sonda endotraqueal adulto tamanho 10Fr. Fio guia para intubação, modelo uso único; fabricado em alumínio maleável com isolamento em PVC; adaptado facilmente ao formato para melhor uso, com ponta atraumática. **Marca GCMED/WELLLEAD. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **AUTOMEDICAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.152.280/0001-45.**

Item 18 – ATADURA 6cm. Atadura de crepom confeccionada em tecido com no mínimo 75% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo elasticidade no sentido longitudinal, comprimento em repouso 1,80m. Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o catálogo encaminhado não comprova o atendimento às especificações técnicas estabelecidas no Edital. O documento informa que a atadura é composta por **67% algodão**, 26% poliéster e 7% elastano, percentual de algodão inferior ao **mínimo de 75% de algodão cru** exigido no instrumento convocatório. **Marca MAISMED. REPROVADA.**

Item 37 – COMPRESSA DE GAZE. Gaze 13 fios/cm², 8 camadas, 10cm x 10cm, confeccionada a partir de fio 100% algodão hidrófilo, alvejado, isento de impureza, alvejante óptico e resíduo de amido, tecido neutro, macio, altamente absorvente e inodoro. Pacote com 500 unidades. Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o catálogo encaminhado não comprova o atendimento integral às especificações técnicas estabelecidas no Edital. O item constante no catálogo apresenta dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), divergentes daquelas exigidas no instrumento convocatório, que estabelece compressa de gaze com dimensões de 10 cm x 10 cm. **Marca MAISMED. REPROVADA.**

Item 109 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150mm x 100m. Bobina de papel grau cirúrgico + Filme Laminado, utilizado para esterilização em autoclave com indicadores químicos impressos na embalagem. **Marca DUOTEC. APROVADO.**

Item 111 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300mm x 100m. Bobina de papel grau cirúrgico + Filme Laminado, utilizado para esterilização em autoclave com indicadores químicos impressos na embalagem. **Marca DUOTEC. APROVADO.**





Item 119 – SERINGA 20 ML BICO LUER LOCK. Corpo transparente, facilitando a visualização do líquido a ser aplicado; Atóxica, pirogênica e Graduada; com cilindro com anel de retenção; Siliconizada e com haste com quebra de segurança; Produto de uso único; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. **Marca MEDIX. APROVADO.**

- **TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.247.406/0001-97.**

Item 33 – CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA. Antisséptico tópico indicado para a antisepsia da pele no pré-operatório, fórmula contendo digliconato de clorexidina 0,2% e tensoativos, desenvolvida para complementar o asseio corporal em situações que exigem cuidados especiais, ajuda a prevenir a proliferação de odores ocasionais no uso diário. Frasco 100 ml. **Marca VICPHARMA. APROVADO.**

Item 53 – ESPAÇADOR COM MÀSCARA AD/INF. Tamanho ad/inf, espaçador ultra flexível com máscara siliconada, bivalvulado, adaptador universal para spray aerossol, transparente, câmara inquebrável. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que as instruções de uso encaminhadas pela proponente, não comprovam o atendimento integral às especificações técnicas estabelecidas no instrumento convocatório. não comprova que o espaçador seja ultraflexível, possua máscara siliconada, sistema bivalvulado, adaptador universal para spray aerossol, câmara inquebrável e seja transparente, conforme exigido no Edital. **Marca 3B. REPROVADO.**

Item 141 – Sonda de GASTROSTOMIA/JEJUMOSTOMIA 3 VIAS Nº 14FR. Sonda de Gastrostomia em Silicone 100% grau farmacêutico número com balão de ancoragem interno; Via de condução e conectores transparentes; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Anel de identificação no conector, de diferentes cores; Anel indicativo da via para preenchimento do balão de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. **Marca WELL LEAD. APROVADO.**

Item 142 – Sonda de GASTROSTOMIA/JEJUMOSTOMIA 3 VIAS Nº 18FR. Sonda de Gastrostomia em Silicone 100% grau farmacêutico número com balão de ancoragem interno; Via de condução e conectores transparentes; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Anel de identificação no conector, de diferentes cores; Anel indicativo da via para preenchimento do balão de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. **Marca WELL LEAD. APROVADO.**

Item 143 – Sonda de GASTROSTOMIA/JEJUMOSTOMIA 3 VIAS Nº 20FR. Sonda de Gastrostomia em Silicone 100% grau farmacêutico número com balão de ancoragem interno; Via de condução e conectores transparentes; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Anel de identificação no conector, de diferentes cores; Anel indicativo da via para preenchimento do balão de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. **Marca WELL LEAD. APROVADO.**

Item 154 – Sonda de GASTROSTOMIA/JEJUMOSTOMIA 3 VIAS Nº 16FR. Sonda de Gastrostomia em Silicone 100% grau farmacêutico número com balão de ancoragem interno; Via de condução e conectores transparentes; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Anel de identificação no conector, de diferentes cores; Anel indicativo da via para preenchimento do balão de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. **Marca WELL LEAD. APROVADO.**

- **ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.362.195/0001-85.**

Item 15 – ATADURA 10cm. Atadura de crepom confeccionada em tecido com no mínimo 75% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo elasticidade no sentido longitudinal, comprimento em repouso 1,80m. **Marca GOLDMED. APROVADO.**

Item 16 – ATADURA 15cm. Atadura de crepom confeccionada em tecido com no mínimo 75% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo elasticidade no sentido longitudinal, comprimento em repouso 1,80m. **Marca GOLDMED. APROVADO.**





Item 17 – ATADURA 20cm. Atadura de crepom confeccionada em tecido com no mínimo 75% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo elasticidade no sentido longitudinal, comprimento em repouso 1,80m. **Marca GOLDMED. APROVADO.**

- **34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, inscrita no CNPJ nº 34.528.599/0001-52.**

Item 22 – CAIXA COLETORA 7L. Caixa coletora de materiais perfurocortantes para descarte seguro de materiais que podem cortar ou

perfurar, como agulhas, lâminas, seringas e outros objetos contaminados. Contendo uma sacola plástica para impermeabilização interna, possui alças que facilitam o manuseio e ajudam na segurança no processo de descarte; Com bocal que permite a colocação do material descartado, com apenas uma das mãos e tampa para fechamento com trava de segurança, garantindo a integridade até o destino final; Confeccionada a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja) e papelão couro (cinta lateral e fundo rígido). Descartável e de uso único. **Marca DESCARPAK. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.158.687/0004-42.**

Item 35 – COMPRESSA DE GAZE DE RAYON. Gaze de rayon embebida em óleo a base de A.G.E (Ácidos Graxos Essenciais), T.C.M (Triglicerídeos de Cadeia Média), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba e Melaleuca, que previne e trata feridas agudas e

crônicas, mesmo com perda de tecido superficial e total. -Produto indicado para hidratar e manter a integridade da pele, prevenção de úlceras por pressão (escaras), feridas agudas, crônicas e com perda de tecido, queimaduras de 1º e 2º graus, dermatite amoniacal (assaduras), peri- gastrotomias e perilesões, traqueostomias e drenos. Envelope com 1 unidade, tamanho 7,5 cm x 7,5 cm. **Marca DBS. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.995.568/0001-15.**

Item 8 – ÁLCOOL 70% GEL COM VÁLVULA PUMP. Indicado para antissepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde. Frasco 500 ml. **Marca SUPER VALE. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

Item 10 – ALCOOL 70% LÍQUIDO. Álcool 70% antisséptico para uso hospitalar utilizado na higienização e desinfecção de ambientes e utensílios também no sentido de degradar ou inibir a proliferação de microrganismos presentes em superfícies da pele e mucosas. Frasco 1 Litro. **Marca SUPER VALE. DILIGÊNCIA, Apresentar Ficha Técnica, Catálogo.**

- **DLM HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.186.181/0001-04.**

Item 93 – MASCARA DE OXIGENIO ADULTO. Máscara para gasoterapia; Com Tubo de O₂ com 2,10m de comprimento; com bolsa reservatório; não estéril; Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta Concentração em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico Tamanho adulto; · Tubo de Oxigênio 2,10 m; Bolsa Reservatório. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o documento encaminhado pela proponente não comprova o atendimento integral às especificações técnicas estabelecidas no Edital. O documento não informa que a máscara seja confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) resistente e atóxico, tampouco comprova que o tubo de oxigênio possua comprimento de 2,10 m, conforme exigido no instrumento convocatório. Dessa forma, a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a conformidade do produto ofertado com as especificações técnicas exigidas. **Marca DLM. REPROVADO.**

Item 95 – MASCARA DE OXIGENIO PEDIÁTRICA. Máscara para gasoterapia; Com Tubo de O₂ com 2,10m de comprimento; com bolsa reservatório; não estéril; Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta Concentração em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico Tamanho infantil; · Tubo de Oxigênio 2,10 m; Bolsa Reservatório. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que o documento encaminhado pela proponente não comprova o atendimento integral às especificações técnicas estabelecidas no Edital. O documento não informa que a máscara seja confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) resistente e atóxico, tampouco comprova que o tubo de oxigênio possua comprimento de 2,10 m, conforme exigido no instrumento convocatório. Dessa forma, a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a conformidade do produto ofertado com as especificações técnicas exigidas. **Marca DLM. REPROVADO.**





- AUTOMEDICAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.152.280/0001-45.

Item 173 – TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA. Termômetro de temperatura máxima e mínima (IN/OUT), utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de sensor. Características: Fabricado em ABS; Display em LCD; Memória para temperatura máxima e mínima; Botão para zerar a memória; Resolução na tela: 0,1°C ou 0,2°F; Alarme configurável para ponto de congelamento; Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F); Comprimento sensor externo (cabo): mínimo 1,90m; Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura Interna: -20°C ~70°C (- 4°F ~158°F); Externa: - 50°C ~ 70°C (-58°F~158°F); Precisão ± 1°C. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, à Ficha Técnica exigida pelo item 4.5.1.2 do Edital, verificou-se que o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas. Consta na documentação apresentada que o cabo do sensor possui comprimento de 1,20 m, enquanto o Edital exige comprimento mínimo de 1,90 m. Dessa forma, o item ofertado encontra-se em desacordo com as exigências do Edital. **Marca AUTOM. REPROVADO.**

Marmeleiro, 08 de julho de 2026.

Jean Max da Silva
Assistente Administrativo
Fiscal de Contrato

