



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1237/2026
CÓD. VERIFICADOR: 32FRKG87

UASG: 454524 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

PARECER DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES





PARECER DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 1237/2026

Pregão Eletrônico nº 1237/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

I - Da Consulta:

Conforme em edital a empresa vencedora do certame deveria apresentar:

4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.

4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.

4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.

4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.

A Sessão Pública ocorreu no dia 12 de junho de 2026, do qual as seguintes empresas foram classificadas.

- **ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.626.812/0001-21.**

Item 90 – LUVA VINÍLICA G. Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades. **Marca** MEDIX. **APROVADO.**

Item 91 – LUVA VINÍLICA M. Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades. **Marca** MEDIX. **APROVADO.**

Item 92 – LUVA VINÍLICA P. Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades. **Marca** MEDIX. **APROVADO.**

Item 114 – PRESERVATIVO SEM LUBRIFICAÇÃO. Produto de alta performance para uso médico em exames ultrassonografia; alta transparência. Permite maior nitidez na captação das imagens. Composição látex de borracha natural. Ponta com reservatório; Lados paralelos; Liso; Opaco; Produto com validade; Não possui lubrificante. Cx c/ 144 unidades. Em análise à documentação apresentada para o item em questão, verificou-se que a proponente não apresentou catálogo, ficha técnica ou documento equivalente, conforme exigido pelo item 4.5.1 do Edital. **Marca** PRELUDE. **REPROVADO.**

Item 115 – PROTETOR OCULAR ADULTO. Protetor ocular estéril descartável adulto indicado para proporcionar barreira mecânica na região ocular, bem como bloqueio de luminosidade em casos em que se faça necessário, como no





tratamento do estrabismo. Com formato anatômico. Material adesivo de fácil aderência e remoção, poroso que permite a transpiração da pele. Hipoalergênico; Tamanho aproximado: 58mm x 82mm. Caixa com 20 unidades. Em análise à documentação apresentada após diligência, verificou-se que a proponente não apresentou o Registro do produto junto à ANVISA, conforme exigido pelo item 4.5.1.1 do Edital. **Marca COPERTINA. REPROVADO.**

- **DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.278.264/0001-21.**

Item 38 – CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL. Com conexão universal, se adapta aos diversos compressores, concentradores, redes hospitalares, cilindros de oxigênio e fluxômetros existentes no mercado. Contém: Máscara de nebulização infantil em PVC, polipropileno (PP), clip metálico e elástico; Extensão de Oxigênio: 2m X 5,5mm (DE) e conexão de 6,0mm (DI) / Policloreto de Vinila (PVC) e Copo de Nebulização: 6ml / Poliestireno (OS), Polipropileno(PP). **Marca VITAL GOLD. APROVADO.**

Item 39 – CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO. Com conexão universal, se adapta aos diversos compressores, concentradores, redes hospitalares, cilindros de oxigênio e fluxômetros existentes no mercado. Contém: Máscara de nebulização infantil em PVC, polipropileno (PP), clip metálico e elástico; Extensão de Oxigênio: 2m X 5,5mm (DE) e conexão de 6,0mm (DI) / Policloreto de Vinila (PVC) e Copo de Nebulização: 6ml / Poliestireno (OS), Polipropileno(PP). **Marca VITAL GOLD. APROVADO.**

- **L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.875.336/0001-97.**

Item 13 – APARELHO DE BARBEAR. Aparelho de barbear, tipo lâmina descartável, material lâmina aço dupla, material cabo de plástico emborrachado, anatômico, com fita lubrificante. Em análise à documentação apresentada em diligência, verificou-se que o catálogo encaminhado identifica o produto ofertado e comprova tratar-se de aparelho de barbear descartável com lâmina dupla e cabo plástico. Não foram identificados elementos que evidenciem incompatibilidade do produto com as especificações constantes do Edital, tampouco que comprometam sua finalidade de uso para realização da tricotomia. **Marca MAXICOR. APROVADO.**

Item 34 – COLETOR DE URINA. Coletor tipo saco, com barbante, sistema aberto, capacidade: 2 litros. Não estéril. Pacote com 100 unidades. **Marca LETOMED. APROVADO.**

Item 85 – LUVA NITRÍLICA M. Luva produzida em nitrilo, livre de látex, ambidestra, e sem pó bioabsorvível, recomendada para profissionais com alergia ao látex. Caixa com 100 unidades, não estéril e de uso único. **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 133 – SONDA NASOENTERAL Nº 12. Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o pH do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação. **Marca SOLUMED. APROVADA.**

Item 134 – SONDA NASOENTERAL Nº 8. Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o pH do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação. **Marca SOLUMED. APROVADA.**

Item 169 – TALA DE IMOBILIZAÇÃO G. Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 70cm. Pacote com 10 unidades. **Marca RESGATE. APROVADO.**

Item 170 – TALA DE IMOBILIZAÇÃO M. Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 50cm. Pacote com 10 unidades. **Marca RESGATE. APROVADO.**

Item 171 – TALA DE IMOBILIZAÇÃO P. Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 30cm. Pacote com 10 unidades. **Marca RESGATE. APROVADO.**





Item 174 – TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 175 – TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 176 – TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca MEDIX. APROVADO.**

Item 177 – TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5MM C/ BALÃO. Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico). **Marca MEDIX. APROVADO.**

- **CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.586.988/0001-80.**

Item 44 – DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA Nº 5. Dispositivo para incontinência urinária confeccionado em látex de borracha natural, atóxico, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada, conector em PVC Com extensão utilizado para conduzir a urina ao recipiente coletor em pacientes do sexo masculino acometidos de Incontinência urinária. **Marca BIOSANI. APROVADO.**

Item 186 – UMIDIFICADOR DE O2. Umidificador para oxigênio projetado para a umidificação de oxigênio ou ar comprimido medicinal com capacidade de 250 ml, utilizado para fornecer umidade ao fluxo de oxigênio administrado a pacientes, conectado ao sistema de oxigênio para manter o ar mais confortável durante a inalação. **Marca VENTCARE. APROVADO.**

- **CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.531.612/0001-30.**

Item 21 – BOLSA COLETORA URINA 2L SISTEMA FECHADO. Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml permitindo excelência na mensuração da urina. Sistema fechado com válvula anti-refluxo. Com membrana autocicatrizante que garante múltiplas stérile para coleta de urina. Espaço para preenchimento dos dados do paciente. Suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão. Pinça corta- fluxo do tipo “clamp”. Tubo extensor em PVC DE 120cm transparente, atóxico, flexível, sem dobras. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora. Livre de Látex. **Marca GLOMED. DILIGÊNCIA, APROVADO.**

- **MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.394.275/0001-74.**

Item 67 – FIXADOR DE CATETER. Curativo adesivo para fixação de cateter periférico. Transparente, permeável a trocas de vapor da pele com o ambiente, com recorte central para saída dos equipos e tubulações. Tamanho mínimo: 5cm x 7cm. Hipoalergênico. Esteril. **Marca VITALDERME. APROVADO.**

Item 71 – GUIA DE INTRODUÇÃO PEDIÁTRICO. Guia para sonda endotraqueal infantil tamanho 6Fr. Fio guia para intubação, modelo uso único; fabricado em alumínio maleável com isolamento em PVC; adaptado facilmente ao formato para melhor uso, com ponta atraumática. **Marca WELLED. APROVADO.**





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

3445

Item 72 – GUIA DE INTRODUÇÃO ADULTO. Guia para sonda endotraqueal adulto tamanho 10Fr. Fio guia para intubação, modelo uso único; fabricado em alumínio maleável com isolamento em PVC; adaptado facilmente ao formato para melhor uso, com ponta atraumática. **Marca WELLLEAD. APROVADO.**

- **34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, inscrita no CNPJ nº 34.528.599/0001-52.**

Item 22 – CAIXA COLETORA 7L. Caixa coletora de materiais perfurocortantes para descarte seguro de materiais que podem cortar ou perfurar, como agulhas, lâminas, seringas e outros objetos contaminados. Contendo uma sacola plástica para impermeabilização interna, possui alças que facilitam o manuseio e ajudam na segurança no processo de descarte; Com bocal que permite a colocação do material descartado, com apenas uma das mãos e tampa para fechamento com trava de segurança, garantindo a integridade até o destino final; Confeccionada a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja) e papelão couro (cinta lateral e fundo rígido). Descartável e de uso único. **Marca DESCARPAK. APROVADO.**

- **ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.158.687/0004-42.**

Item 35 – COMPRESSA DE GAZE DE RAYON. Gaze de rayon embebida em óleo a base de A.G.E (Ácidos Graxos Essenciais), T.C.M (Triglicerídeos de Cadeia Média), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba e Melaleuca, que previne e trata feridas agudas e crônicas, mesmo com perda de tecido superficial e total. -Produto indicado para hidratar e manter a integridade da pele, prevenção de úlceras por pressão (escaras), feridas agudas, crônicas e com perda de tecido, queimaduras de 1º e 2º graus, dermatite amoniacal (assaduras), peri- gastrotomias e perilesões, traqueostomias e drenos. Envelope com 1 unidade, tamanho 7,5 cm x 7,5 cm. **Marca DBS. APROVADO.**

- **ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.995.568/0001-15.**

Item 8 – ÁLCOOL 70% GEL COM VÁLVULA PUMP. Indicado para antissepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde. Frasco 500 ml. **Marca SUPER VALE. APROVADO.**

Item 10 – ÁLCOOL 70% LÍQUIDO. Álcool 70% antisséptico para uso hospitalar utilizado na higienização e desinfecção de ambientes e utensílios também no sentido de degradar ou inibir a proliferação de microrganismos presentes em superfícies da pele e mucosas. Frasco 1 Litro. **Marca SUPER VALE. APROVADO.**

Marmeleiro, 10 de julho de 2026.

Jean Max da Silva
Assistente Administrativo
Fiscal de Contrato

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/07/2026 16:14 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p47a967d1734d5>

