

Esclarecimento referente ao item 10 - PE 13/2024




De Emmanuel - Dimave <licitacao1@dimave.com.br>
Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 13-05-2024 16:28

Prezados, boa tarde!

A empresa Dimave Equipamentos Médicos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.316.353/0001-81, sediada na Rua Paulo Freire de Araújo, nº 300, salas 2 a 6, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-280, vem, por meio dessa, realizar o presente pedido de esclarecimento acerca do **item 10** do edital.

ITEM 7: Qual das duas **conexões** de Eletrodo é utilizada no DEA da CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA e é a correta para atender a Prefeitura de Marmeleiro?



Agradecemos pela atenção e aguardamos retorno!

Atenciosamente,



Emmanuel Petrus

Depto. Licitação

licitacao2@dimave.com.br

31 3297-2575

Rua Paulo Freire de Araújo, 300, sala 2 a 6, Estoril – Belo Horizonte/MG

www.dimave.com.br



AVISO: A informação contida neste e-mail, bem como em qualquer de seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s) destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação, distribuição ou cópia deste e-mail e/ou de qualquer de seus anexos é absolutamente proibida. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser obtidas no site <http://www.dimave.com.br>

NOTICE: The information contained in this e-mail and any attachments thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient named herein and may contain legally privileged and/or secret information. If you are not the e-mail's intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this e-mail, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Additional information about our company may be obtained through the site <http://www.dimave.com.br>



Marmeleiro, 14 de maio de 2024

PE 13/2024

ESCLARECIMENTO

Atendendo ao pedido de esclarecimento remetido pela empresa Dimave Equipamentos Médicos LTDA – EPP, referente aos itens 115 e 116 “Pás eletrodo” adulto e pediátrico, o modelo de conector é a letra “A” conforme imagem abaixo



Att

Rogério Pereira de Melo
Assistente Administrativo

